



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate

**Nummer**
Number**D-22-05306****Gegenstand**
Object**Selbsttätige Gleiswaage (SGW)**
Genauigkeitsklasse: 0.5
Bauartzulassung: 10.26 / 01.04**Identifikation**
IdentificationTyp: MULTIRAIL Bplus
Nr.: V037762
Aufstellungsort: Hamburger Str. / Hafenbecken C**Hersteller**
Manufacturer

Schenck Process Europe GmbH, Darmstadt

Antragsteller
ApplicantNeuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG
Hammer Landstr. 3
41460 Neuss
Deutschland**Prüfverfahren**
Test procedure

Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen - Prüfanweisung für Selbsttätige Waagen zum diskontinuierlichen Wägen -Teil C (SGW)“.

Ergebnis
Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des § 37 Absatz 4 i.V.m. § 6 Abs. 2 des Mess- und Eichgesetzes und der Mess- und Eichverordnung.

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification

Neuss, 08.12.2022

Eichfrist endet am 31. Dezember 2025
Verification period until 31st December 2025**Eichkennzeichen**
Marking

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebene Veränderung eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Eichschein ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date**Im Auftrag**
On behalf of

(Piotr Poturalski)

Düsseldorf, 21.12.2022

Betriebsstelle Eichamt Düsseldorf
Werftstraße 33, 40549 DüsseldorfTelefon: 0221-59778-15999
Telefax: 0221-59778-30151

E-Mail: duesseldorf@lbme.nrw.de